



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Европрибор», место нахождения: Республика Беларусь, 210004, г. Витебск, ул. М.Горького, д. 42А; зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 390171150, номер телефона: +375 212 666626, адрес электронной почты: info@evropribor.by

в лице директора Шашкова Сергея Леонидовича

заявляет, что комплексы измерительные видеографические VizoGraf, изготовленные Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Европрибор», место нахождения: Республика Беларусь, 210004, г. Витебск, ул. М.Горького, д. 42А; по ТУ ВУ 390171150.006-2016 «Комплексы измерительные видеографические VizoGraf. Технические условия»; код ТН ВЭД ЕАЭС 9026 80 200 0; серийный выпуск

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств», технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования».

Декларация о соответствии принята на основании протоколов испытаний № 45-61/0492-1-2026 от 11.05.2026, № 45-61/0492-2-2026 от 11.05.2026, № 43-61/0492-1-2026 от 20.05.2026, № 43-61/0492-2-2026 от 20.05.2026 Научно-исследовательского центра испытаний средств измерений и техники Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», уникальный регистрационный номер в реестре НСА № ВУ/112 1.0025, протокола испытаний № 1506/270-17 от 29.06.2026 Испытательного центра Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации». Схема декларирования соответствия: 1д.

Дополнительная информация: Примененные стандарты: ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-4. Общие стандарты. Стандарт электромагнитной эмиссии для промышленных установок» (раздел 7, таблицы 1, 2, 3); ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний» (раздел 8 таблицы 1, 2, 3, 4); ГОСТ IEC 61131-2-2012 «Контроллеры программируемые. Часть 2. Требования к оборудованию и испытания» (разделы 8, 11 - 14).

Условия хранения – температура окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С при уровне относительной влажности от 10 % до 95 % (без образования конденсата). Средний срок службы – 12 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации
по 14.07.2031 включительно.



М. П.

Шашков Сергей Леонидович
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР020 005.01 04424

Дата регистрации декларации о соответствии: 15.07.2026

